

2011年12月

お客様各位

株式会社 東機貿
株式会社 佐多商会

開放式保育器 IW900 インファントウォーマーシリーズ に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また平素は弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、製造業者であるフィッシャー&パイケルヘルスケア (Fisher & Paykel Healthcare) 社より、IW900 インファントウォーマーシリーズ (カタログ番号: IW910 および IW930) において、内部の部品に長期的なストレスがかかった場合に、警報音とエラーコードが発せられヒータへの電力が損失したが健康被害は無かったという外国事例について情報提供を受けました。

弊社では、当該製品を2001年に導入以来、国内において同様の事例報告をこれまでに受けておりませんが、外国事例としてお知らせ申し上げます。

製造業者より、本件に関する新たな情報が入りましたら改めてご連絡差し上げますが、お客様のインファントウォーマーは引き続きご使用いただけます。今後とも弊社取扱製品をご愛顧賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

本件につきまして、不明な点などございましたら、下記へお問い合わせください。

販売元：株式会社 東機貿	クリティカルケア製品部	Tel 03-5762-7251	Fax 03-5762-7253
	札幌支店	Tel 011-717-0350	Fax 011-758-3901
	仙台支店	Tel 022-211-4551	Fax 022-211-4510
	名古屋支店	Tel 052-775-7800	Fax 052-775-7830
	大阪支店	Tel 06-4790-3100	Fax 06-4790-3101
	福岡支店	Tel 092-271-4695	Fax 092-271-4669
製造販売元：株式会社 佐多商会	品質保証部	Tel 03-5762-3007	Fax 03-5762-3036